



ПРОТОКОЛ № 616

рассмотрения первых частей заявок

участников в открытом редукционе в электронной форме

«09» февраля 2017г.

Закупка № 31704732518 от 31.01.2017г.
Наименование закупки: Поставка кроватей медицинских
Способ проведения закупки: Редукцион
Наименование электронной площадки в сети Интернет OTC-tender
Адрес электронной площадки в сети Интернет tender.otc.ru
Заказчик
Наименование организации: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
Место нахождения: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

Проведение процедуры
Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок: 09.02.2017 в 12:30
Место проведения процедуры рассмотрения заявок: г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Дата подписания протокола: 09.02.2017

Сведения о комиссии:
 На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:

Ф.И.О.	Должность	Статус
Председатель комиссии:		
И.В. Кривовязый	Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Члены комиссии:		
Д.И. Гончарук	Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Л.А. Чугунова	И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Е.А. Маслакова	Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Т.И. Минаева	Главная медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Секретарь комиссии:		
И.П. Пушница	Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

Кворум

Комиссии

имеется	✓	не имеется	
правомочна	✓	неправомочна	

Предмет договора

Предмет договора

Поставка кроватей медицинских

Начальная (максимальная) цена договора:

450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

в течении 10 рабочих дней с момента заключения договора.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

г. Ангарск, 86 квартал, 12 строение, Терапевтический корпус.

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:

№	Наименование товара	Техническое описание	наличие функции или соответствие величины параметра ТЗ	Ед. изм	Кол-во
п/п					
1	Кровать функциональная медицинская четырехсекционная механическая	Декларация (сертификат)соответствия Госстандарта РФ	Наличие	шт.	10
2		Регистрационное удостоверение МЗРФ	Наличие		
3		Гарантийный срок	12 месяцев		
4		Технический паспорт на русском языке	Наличие		
5		Год выпуска	Не ранее февраля 2016 года		
6		Количество секций кровати	4		
		Габаритные размеры кровати:			
7		Длина внешняя общая изменяется в диапазоне	от 2030 до 2100 ±5мм		
8		Ширина внешняя общая	900 ±5мм		
9		Длина ложа регулируется	от 1890 до 1960 ±5мм		
10		Ширина ложа	900 ±5мм		
11		Кровать со стороны ног имеет функцию удлинения ложа путем выдвижения спинки кровати на 70 мм	Соответствие		
12		Положение выдвинутой спинки кровати фиксируется во всем диапазоне регулировки болтовыми фиксаторами с ручками, изготовленными из ударопрочного АБС-пластика	Соответствие		
13		Угол наклона спинной секции	Не менее 0 - 90 град.		
14		Угол наклона тазобедренной секции	Не менее 0 - 35 град.		
15		Угол наклона ножной секции	Не менее 0 - 35 град.		
16		Высота от пола до ложа кровати	500±5мм		
17		Высота кровати фиксированная	Соответствие		
18	Максимально допустимая нагрузка	Не менее 200 кг.			

19	Регулировка головной секции осуществляется с помощью винтового выдвижного металлического механизма, скрытого в нерабочем состоянии.	Соответствие
20	Ручка изготовлена из хромированной стали, покрытой ударопрочным ABS-пластиком.	Соответствие
21	Механизм выдвижения осуществляется при помощи подпружиненного кольца	Соответствие
22	Звуковое устройство позволяющее слышать момент максимального поднимания и минимального опускания секции.	Наличие
23	Наличие свободного расстояния между секциями	Соответствие
24	Свободное расстояние между секциями	40 ±1мм
25	Каркас кровати изготовлен из стали с полимерным покрытием. Профильная труба 60x40 мм.	Соответствие
26	Ложе – реечное, изготовлено из стали с полимерным покрытием, обеспечивающее необходимую вентиляцию матраса.	Соответствие
27	Ширина реек	75 ±2мм
28	Толщина металла	1,5 ±1мм
29	Длина спинной секции	695 ±5мм
30	Длина центральной секции	180 ±5мм
31	Длина тазобедренной секции	290 ±5мм
32	Длина ножной секции	610 ±5мм
33	Усилители секций кровати 8 шт. (2 на каждую секцию)	Наличие
34	Усилитель изготовлен из стальной профильной трубы, с полимерным покрытием.	Соответствие
35	Длина в соответствии с длиной секции	Соответствие
36	Ширина	50 ±2мм
37	Высота	10 ±1мм
38	Колеса импортного производства	4 шт.
39	Диаметр колес	Не менее 125 мм
40	Каждое колесо имеет индивидуальный тормоз, что позволяет использовать кровать как стационарную.	Соответствие
41	Ложе кровати установлено на усиленную раму	Соответствие
42	Рама изготовлена из профильной трубы с полимерным покрытием	60*40 мм

43	Две съемные торцевые панели изготовленные из акрилонитрилбутадиенстирольного сополимера	Наличие
44	С двух сторон торцевой панели имеются свободные пространства для оперативного перемещения.	Наличие
45	Угловые антиударные бампера, изготовленные из ударопрочного АВС пластика, 4 шт.	Наличие
46	4 установочных отверстия для установки инфузионной стойки и устройства для приподнятия пациента с пластиковыми заглушками	Наличие
47	Card holder, расположенный на торце кровати	Наличие
48	Держатели для катетеров	не менее 2
49	Боковые ограждения складывающиеся, пара	Наличие
50	Габаритные размеры	1440*400±5мм
51	Боковые ограждения, изготовлены из алюминиевого сплава	Соответствие
52	Верхняя поперечная полукруглая труба радиус 30 мм, изготовлена из алюминия, покрыта пластиком	Соответствие
53	Нижнее основание – профильная труба 30x30, изготовлена из алюминия, покрыта полимерно-порошковой краской, устойчивой к дезинфекционной обработке всеми разрешенными средствами	Соответствие
54	Верхнее и нижнее основание соединены между собой стойками посредством шарнирных механизмов	Соответствие
55	Количество стоек	Не менее 6
56	Вертикальные стойки изготовленных из нержавеющей стали, диаметром	20 ±0,5 мм
57	Расстояние между стойками	250 ±5 мм
58	Фиксатор верхнего и нижнего положения	Наличие
59	Боковые заглушки из пластика 4 шт.	Наличие
60	Матрац медицинский	Наличие
61	Наполнитель ППУ, плотностью 35 кг/м.куб.	Соответствие
62	Габаритные размеры:	
63	Длина	1890 ±5мм
64	Ширина	900 ±5мм

65	Высота	100 ±2мм
66	Чехол- на матрасник из двухслойной синтетической ткани с полиуретановым покрытием, две термостойкие застежки-молнии	Наличие
67	Очистку наружной поверхности чехла можно осуществлять мягкой тканью с применением моющих и дезинфицирующих средств, не содержащих хлор и альдегиды	Соответствие
68	Общий вес кровати	55 ±5 кг.
69	Цвет кровати по согласованию с заказчиком	Соответствие
70	Штатив	Наличие
71	Неподвижная часть штатива изготовлена из трубы нержавеющей стали, диаметр	18±2мм
72	Подвижная часть штатива из алюминиевого круга, диаметр	16±2мм
73	Высота штатива регулируется и фиксируется в следующих положениях:	Не менее 4
74	Максимальная высота штатива над ложем	1630±10мм
75	Минимальная высота штатива над ложем	1040±10мм
76	Промежуточная высота	1225±10мм
77	Промежуточная высота	1425±10мм
78	Фиксация высоты штатива при помощи подпружиненной кнопки из высокопрочного ABS пластика	Соответствие
79	Верхняя часть штатива оборудована пластиковой муфтой с закрепленными на ней функциональными крючками из нержавеющей стали	Не менее 4
80	Крючки изготовлены из нержавеющей стали, диаметр	5±1мм
81	В транспортном положении крючки складываются вверх	Соответствие

Заявки

Входящий номер заявки	Дата и время поступления заявки (время московское)
395100	08.02.2017 03:35
395777	08.02.2017 14:35
396008	08.02.2017 17:10

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме комиссией приняты следующие решения:

1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:

Входящий номер заявки	Код участника
-----------------------	---------------

395100	1
395777	2
396008	3

2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки:

Входящий номер заявки	Обоснование принятого решения
-----------------------	-------------------------------

Дата, место, время начала редукционного снижения: 13.02.2017 06:00 (время московское)
электронная площадка tender.otc.ru

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Председатель комиссии:

Главный врач



И.В. Кривовязый

Члены комиссии:

Заместитель главного врача по ФЭР




Д.И. Гончарук

И.о. главного бухгалтера



Л.А. Чугунова

Юрисконсульт



Е.А. Маслакова


Главная медицинская сестра



Т.И. Минаева

Секретарь комиссии:

Экономист



И.П. Пушница