



областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1"

Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

**ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
на участие в редукционе в электронной форме № 882**

«08» декабря 2017

Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1», утвержденным протоколом наблюдательного совета ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» от 15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).

Закупка № 31705811509 от 30.11.2017
Наименование закупки: Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию светильника хирургического потолочного с аварийным питанием, регулируемый, двухблочный
Способ проведения закупки: Редукцион
Наименование электронной площадки в сети Интернет OTC-tender
Адрес электронной площадки в сети Интернет tender.otc.ru
Заказчик
Наименование организации: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
Место нахождения: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
Проведение процедуры
Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок: 08.12.2017 в 11:30
Место проведения процедуры рассмотрения заявок: г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Дата подписания протокола: 08.12.2017
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:

Ф.И.О.	Должность	Статус
Председатель комиссии:		
И.В. Кривовязый	Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Члены комиссии:		
Д.И. Гончарук	Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Л.А. Чугунова	Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Е.А. Маслакова	Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Г.И. Минаева	Медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует

Секретарь комиссии:

И.П. Пушница

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

Кворум

имеется	✓	не имеется	
Комиссии	✓	неправомочна	

Предмет договора

Предмет договора

Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию
светильника хирургического потолочного с
аварийным питанием, регулируемый,
двухблочный**Начальная (максимальная) цена
договора:**508 785 (пятьсот восемь тысяч семьсот
восемьдесят пять) рублей 33 копейки, включая
НДС**Срок поставки товара**в течении 60 (шестидесяти) календарных дней
с момента заключения договора**Место поставки товара**

г. Ангарск, квартал 7, д.8

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	Ед. изм.	Кол-во	Начально максимальная цена единицы Товара, руб.
	Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный		шт.	1	508785,33

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1	Назначение	предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах.			
1.2	Регистрационное удостоверение	наличие			
1.3	Декларация о соответствии	наличие			
1.4	Руководство по эксплуатации на русском языке	наличие			
1.5	Соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р МЭК 60601-2-41:2014, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2:2014	соответствует			
1.6	Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011	наличие у производителя			
1.7	Гарантийный срок обслуживания	не менее 12 мес			
1.8	Количество блоков освещения	Не менее 2			
1.9	Структура блока освещения	7-лепестковая или крестообразная			

1.10	Источник света	светодиоды, обеспечивающие спектр, близкий к солнечному, и хорошую цветопередачу.			
1.11	Диаметр блока освещения 1	Не более 420 мм			
1.12	Диаметр блока освещения 2	Не более 240 мм			
1.13	Наличие стерилизуемой ручки	Не менее 4 шт.			
1.14	Регулировка уровня освещенности	наличие			
1.15	Встроенное аварийное питание	наличие			
1.16	Источник аварийного питания	аккумуляторная батарея			

2. СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ блока освещения 1

2.1	Освещенность в центре светового поля:	не менее 120 клк			
2.2	Диаметр рабочего поля D 10	Не менее 160 мм			
2.3	Диаметр рабочего поля D 50	Не менее 80 мм			
2.4	Цветовая температура	Не менее 4500 К			
2.5	Полная облученность	не более 650 Вт/м ²			
2.6	Удельная облученность	не более 4,1 мВт / (м ² лк)			
2.7	Индекс цветопередачи	не менее 95			
2.8	Регулирование размера рабочего поля и освещенности при сохранении заданной цветовой температуры с помощью 5-кнопочной пленочной клавиатуры	наличие			
2.9	Регулирование уровня освещенности	с двумя масками – не менее 46,2%, с трубкой – менее 97,9%, с двумя масками и трубкой – не менее 46,7%			
2.10	Теневое разбавление (остаточная освещенность)				
2.11	Диапазон регулирования рабочего поля	От 160 до 300 мм			

3. СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ блока освещения 2

3.1	Освещенность в центре светового поля:	не менее 50 клк			
3.2	Диаметр рабочего поля D 10	Не менее 150 мм			

3.3	Диаметр рабочего поля D 50	Не менее 80 мм			
3.4	Цветовая температура	Не менее 4500 К			
3.5	Полная облученность	не более 650 Вт/м ²			
3.6	Удельная облученность	не более 4,1 мВт / (м ² лк)			
3.7	Индекс цветопередачи	не менее 95			
3.8	Регулирование уровня освещенности с помощью пленочной клавиатуры	30-100%			
3.9	Теневое разбавление (остаточная освещенность)	с двумя масками – не менее 40%			
		с трубкой – не менее 97,9%			
		с двумя масками и трубкой – не менее 40%			

4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1	Крепление светильника	Потолочное			
4.2	Перемещение блоков освещения по высоте	Не менее 1100мм			
4.3	Радиус действия блока освещения 1	Не менее 1750 мм			
4.4	Радиус действия блока освещения 2	Не менее 1810 мм			
4.5	Высота потолка для установки светильника	не менее 2500 мм			
4.6	Шарниры, позволяющие четко позиционировать светильник	наличие			
4.7	Масса блока освещения 300	Не более 4,5 кг			
4.8	Масса блока освещения 200	Не более 1,5 кг			
4.9	Масса с подвесом	Не более 50 кг			
4.10	Температура стерилизации съемной ручки	Не менее 134°C			

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1	Напряжение питающей сети	(220±22) В			
5.2	Частота питающей сети	(50±1) Гц			
5.3	Потребляемая мощность	Не более 70 В·А			
5.4	Класс защиты от поражения эл. током	1 тип В			
5.5	Средний срок	Не менее 60000 часов			

службы источников света				
-------------------------	--	--	--	--

Единственная заявка:

Входящий номер заявки	Дата и время поступления заявки	Наименование участника закупки	ИНН/КПП/ОГРН	Почтовый адрес
672711	07.12.2017 08:56	ООО «Профмед»	3811169853 / 381101001 / 1133850028146	664050, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, д.11/2

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме комиссией приняты следующие решения:

1. Признать аукцион в электронной форме на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию светильника хирургического потолочного с аварийным питанием, регулируемый, двухблочный несостоявшимся, на основании пп. 17.7. Положения.

2. На основании пп. 17.17. Положения признать единственным участником и поданную им заявку соответствующими требованиям установленным в документации на проведение аукциона в электронной форме на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию светильника хирургического потолочного с аварийным питанием, регулируемый, двухблочный.

3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию светильника хирургического потолочного с аварийным питанием, регулируемый, двухблочный с ООО «Профмед» по цене договора: 508 785 (пятьсот восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 33 копейки, включая НДС.

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Результаты голосования:

Ф.И.О. члена Единой комиссии	1 вопрос			2 вопрос			3 вопрос			Подпись
	за	про тив	воздер жался	за	про тив	воздер жался	за	про тив	воздер жался	
<i>Председатель комиссии:</i>										
И.В. Крыновязый	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
<i>Члены комиссии:</i>										
Д.И. Гончарук	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Л.А. Чугунова	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Е.А. Маслакова	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Т.И. Минаева	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
<i>Секретарь комиссии:</i>										
И.П. Пушница	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Всего голосов:	6	-	-	6	-	-	6	-	-	